

Specyfikacja zapotrzebowanie zakupu 147919:

Typ urządzenia:

WAGA ANALITYCZNA Typ GL3202I-1CEU, nr seryjny 36904728, SARTORIUS MECHATRONICS POLAND; 1919307766; ZST2019010015.

Zakres przeglądu:

1. Przeгляд i konserwacja wagi.
2. Sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemów ważących.
3. Sprawdzenie charakterystyki metrologicznej wagi za pomocą wzorców masy.
4. Kalibracja wagi wzorcami oraz regulacja wagi.
5. Zgłoszenie wagi do kontroli przez Urząd Miar, uzgodnienie terminu legalizacji, udział w legalizacji.

Miejsce wykonania zlecenia w siedzibie Zamawiającego: 59-920 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Osoby do kontaktu (sprawy techniczne): Laboratorium, tel: +48 75 648 3637, Marzanna Świdnicka, Agnieszka Szweda

EPORE S.A.
Starszy Mistrz
Basta
Michał Basta