

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Zamawiający

EPORE S.A.
ul. Środkowa 7
59-916 Bogatynia

2. Miejsce realizacji zamówienia

EPORE S.A. Oddział Bogatynia, ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia,

3. Przedmiot zamówienia

Okresowy przegląd stanu technicznego urządzeń urządzenia LECO do badania reaktywności kamienia wapiennego PkgCs230Ce nr serw. 4218, Nr modelu 619-000-300.

4. Zakres prac:

- Czyszczenie bloków układu gazowego.
- Czyszczenie płyt elektroniki i wentylatorów.
- Czyszczenie pieca spalań.
- Czyszczenie zespołu automatycznego oczyszczania.
- Czyszczenie regulatora przepływu.
- Czyszczenie zaworów układu gazowego.
- Kontrola połączeń elektrycznych pieca. Regulacja cewki.
- Kontrola rury spalań. W razie konieczności wymiana.
- Kontrola przewodów układu gazowego. W razie konieczności wymiana.
- Wymiana zużytych o-ringów i uszczelnień.
- Wymiana odczynników i katalizatora.
- Wymiana filtrów cząstek stałych.
- Kontrola poprawności działania.

5. Wymagania zamawiającego

- 5.1. Wykonawca, w oferowanej cenie, zobowiązany jest uwzględnić wszystkie materiały, koszty dojazdu i m. in. wymagany dodatkowy sprzęt;
- 5.2. Zamawiający umożliwi oferentom dokonanie wizji lokalnej, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty – kontakt 75 772 3637, 602 499 410, email: marzanna.swidnicka@epore.pl
krzysztof.brodnia@epore.pl;
- 5.3. Wykonanie usługi w siedzibie Zamawiającego, można prowadzić między godziną 7⁰⁰ a 15⁰⁰

6. Warunki Udziału

- 6.1. O udzielnie przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące w chwili składania oferty przepisy prawa, nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

6.2. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego po wykonaniu przeglądu: oryginał protokołu przeglądu. Protokoły należy również wykonać w wersji elektronicznej.